



LZ.261.24P.2023.MC

Warszawa, dn. 29.03.2022 r.

Dot.: odpowiedzi na zapytanie nr 1 w postępowaniu na **dostawę produktów do pracowni endoskopii** - nr spr.: 24P/LZ/2023.

W związku z otrzymaniem zapytań w postępowaniu na dostawę produktów do pracowni endoskopii niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Zapytanie Nr 1

1. Część 1: Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Część 1: Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 25 mm i długości 47 mm, średnica narzędzia 2,6 mm, o długości roboczej 2400 mm oraz pętli z siatką o otwarciu 32 mm i długości 62 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, o długości roboczej 2400 mm.

Odpowiedź: Zapisy pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

