

LZ.261.13P.2022.MC

Warszawa, dn. 10.03.2022 r.

Dot.: odpowiedzi na zapytania nr 1-4 w postępowaniu na **dostawę produktów do pracowni endoskopii** - nr spr.: 13P/LZ/2022.

W związku z otrzymaniem zapytań w powyższym postępowaniu niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

### Zapytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1:

1. Poz. 1 Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o długości 3,4 mm (+0,5mm), rozwarcie 6,7 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach 1800 mm i 2300 mm - średnica narzędzia 2,3 mm. Pakowane pojedynczo.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Poz. 2 Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, pleciona. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm, 36 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Poz. 4 Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9 mm) lub 16 mm (długość ramienia 9,5 mm), stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania MRI.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### Zapytanie Nr 2

1. Pytanie dotyczy części 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą kleszcze długości 1800mm oraz 2300mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Pytanie dotyczy części 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku długości 2500mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pytanie dotyczy części 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą tylko klipsownicę o zagięciu ramion tylko 135o ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### Zapytanie Nr 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 3,4 mm (+0,6 mm).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o długości roboczej 2400 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### Zapytanie Nr 4

Pytanie 1. Dotyczy Część nr 1 – poz. 3 Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu o średnicy drutu prowadzącego 1,8 mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 2. Dotyczy Część nr 1 – poz. 4

Czy Zamawiający w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownicy hemostatyczne o średnicy narzędzia 2,5 mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm lub 16 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość repozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 1, ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu o max. wysokość stopnia niewykorzystania przedmiotu umowy na poziomie max. 30% całej wartości umowy?

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 4. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 2, ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest ~~załatwić~~ **rozpatrzyć** w ciągu ~~5 dni~~ **7 dni roboczych** (...)”

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 5. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 2, ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

Pytanie 6. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 2, ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu dot. terminu dostarczenia brakującego towaru z 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia na **7 dni roboczych** od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu braku towaru?

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 7. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 2, ust. 9



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu dot. terminu wymiany uszkodzonego towaru z 5 dni na 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do umowy.

Pytanie 8. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy kolejnego ustępu o poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 9. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 4, ust. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 10. Dotyczy zapisów projektu umowy- Załącznik nr 3 do zaproszenia, § 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:

„(...) Zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.

**Odpowiedź:** Zapisy pozostają bez zmian.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Zaproszenia.

Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ  
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI  
**Jacek Derek**  
*/podpisano elektronicznie/*

