



LZ.261.54P.2024.MC

Warszawa, dn. 19.12.2024 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 i 2 w postępowaniu na **dostawę testów Combo** - nr spr.: 54P/LZ/2024

W związku z otrzymaniem zapytania w powyżym postępowaniu udzielamy następującej odpowiedzi:

Zapytanie Nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenów SARS-CoV, wirusa grypy A+B, RSV

z wymazu z nosa o poniższych parametrach:

Covid Czulość 98,1% i swoistość 99,2%

Grypa A Czulość 99,2% i swoistość 99,6%

Grypa B czulość 99,1% i swoistość 99,8%

RSV czulość 97,4% i swoistość 99,3%

Test składa się z kasetki testowej, instrukcja używania, probówki do pobierania próbek zawierającej roztwór do przetwarzania, wymazówki, stojak. Czas odczytu nie dłuższy niż 15 min.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie Nr 2

Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści test do wymazów z nosa o parametrach:

Grypa A czulość 93,75% swoistość 96,23%

Grypa B czulość 94,59% swoistość 97,91%

Sars-Cov-2 czulość 99,07% swoistość 99,18%

RSV czulość 97,14% swoistość 98,7%?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści test o parametrach dla wymazu z nosogardzieli:

Grypa A czulość 95% swoistość 99,1%

Grypa B czulość 92,9% swoistość 99,1%

Sars-Cov-2 czulość 97% swoistość 99%

RSV czulość 94,3% swoistość 96,2%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA ŻOLIBORZ-BIELANY
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

