

- 1) Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie alternatywnych badań o podobnym składzie:
  - a) IMMUNODIAGDIETA, 44 IgG (ICD-9: ) zamiast FoodProfil IgG 44 .  
**Odpowiedź: brak zgody**, ponieważ zastosowanie w tym konkretnym badaniu alternatywnej metody, przy jednoczesnym stosowaniu podstawowej metody przy pozostałych badaniach z tej samej grupy, może stanowić pewnego rodzaju utrudnienie.
  - b) HPV 41 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68a, 68b, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90) met. hybrydyzacji zamiast HPV – wykrywanie wirusa ( 37 genotypów) metodą PCR .  
**Odpowiedź: wyrażamy zgodę.**
  - c) HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54, 56,58,59,61,66,68,69,70,73,82 met.Real-time PCR zamiast Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV -32. Wykrywane genotypy: 6,11,16,18,26,31,33,35, 39,40,42,43,44,45, 51,52,53,54,56,58,59,61,62,66,67,68,70,73,81,82,83,89.  
**Odpowiedź: wyrażamy zgodę.**
- 2) Mycoplasma + Ureaplasma – prosimy o doprecyzowanie metody - genetyczna czy mikro.  
**Odpowiedź: jest to metoda mikro.**
- 3) P/c IgE specyficzne (mieszanki) - prośba o doprecyzowanie, co ma wchodzić w skład tych mieszanek.  
**Odpowiedź: w skład tych mieszanek wchodzi:**
  - a) **pióra (pierze gęsi, pierze kaczki, puch gęsi, puch kaczki),**
  - b) **trawy wczesne (kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, żywica trwała, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa),**
  - c) **trawy późne (żyto, trzcina, tomka wonna, żywica trwała, kosówka wełnista),**
  - d) **drzewa późne (jawor, brzoza brodawkowata), buk zwyczajny, dąb szypułkowy),**
  - e) **kwiaty (złocień właściwy, róża, tulipan, pierwiosnek),**
  - f) **FX5 (białka jaja, mleko krowie, mąka pszenna, orzeszki ziemne, soja),**
  - g) **mix pleśni (*Penicillium notatum*, *Cladosporium herbarum*, *Aspergillus fumigatus*, *Alternaria tenuis*),**
  - h) **drzewa wczesne (olsza biała, leszczyna pospolita, wiąz górski, wierzba iwa, topola biała),**
  - i) **chwasty (bylica pospolita, babka lancetowata, komosa biała, pokrzywa).**
- 4) Panel pokarmowy PolyCheck (FPC) – 10 - prosimy o doprecyzowanie, co ma wchodzić w skład tych paneli.  
**Odpowiedź: usunięcie pozycji zarządzeniem.**
- 5) Panel wziewny – prosimy o doprecyzowanie, co ma wchodzić w skład tych paneli.  
**Odpowiedź: jest to panel wziewny 20 alergenów: pyłek brzozy brodawkowej, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek żyta, pyłek bylicy, pyłek babki lancetowatej, *Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermatophagoides farinae*, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek świnki morskiej, naskórek chomika, królika, *Aspergillus fumigatus*, *Cladosporidium herbarum*, *Penicillium notatum*, *Alternaria tenuis*.**
- 6) Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów (m.in. penicillin G, penicillin V, ampicillin, cefaclor) metodą Polycheck- firma produkująca odczynniki wycofała odczynniki z oferty, prośba o wykreślenie pozycji z konkursu.  
**Odpowiedź: zmiana zarządzeniem na panel 5 alergenów.**
- 7) Poz. 17. Białko monoklonalne - prosimy o doprecyzowanie materiału. Proponujemy oznaczenie w surowicy.  
**Odpowiedź: materiał oznaczony w surowicy.**

- 8) Poz. 85. HPV – wykrywanie wirusa ( 37 genotypów) metodą PCR  
Proponujemy badanie: Wykrywanie DNA oraz oznaczanie genotypu wirusa HPV - 32 genotypy lub 41 genotypy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 32 czy na 41 genotypy?  
**Odpowiedź: 32 genotypy.**
- 9) Poz. 109. Mycoplasma + Ureaplasma. Czy chodzi o posiew?  
**Odpowiedź: chodzi o posiew.**
- 10) Poz. 138. Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów (m.in. penicillin G, penicillin V, ampicillin, cefaclor) metodą Polychex. Badanie metodą Polychex zostało wycofane. Proponujemy oznaczenie IgE w kierunku: Penicylina G i V, Amoksylicyna, Ampicylina, Cefaclor.  
**Odpowiedź: zmiana zarządzeniem na panel 5 alergenów.**
- 11) Poz. 141. Panel alergenów pediatryczny/mieszany. Proponujemy panel zawierający 20 alergenów. Ponadto posiadamy panel zawierający 30 alergenów. Prosimy Zamawiającego o wskazanie na który panel wyraża zgodę.  
**Odpowiedź: alergenów.**
- 12) Poz. 151. Panel wziewny. Proponujemy panel zawierający 10, 20, 30 alergenów. Prosimy Zamawiającego o wskazanie na który panel wyraża zgodę.  
**Odpowiedź: panel wziewny 20 alergenów: pyłek brzozy brodawkowej, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek żyta, pyłek bylicy, pyłek babki lancetowatej, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek świnki morskiej, naskórek chomika, królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporidium herbarum, Penicilium notatum, Alternaria tenuis.**
- 13) Poz. 154. Posiew w kierunku bakterii beztlenowych. Prosimy o doprecyzowanie materiału badanego.  
**Odpowiedź: materiał badany: rana, ropa, ropień, zmiany skórne, pochwa, kanał szyjki macicy, cewka moczowa, oko, ucho zewnętrzne i środkowe.**
- 14) Poz. 176. Troponina. Prosimy o doprecyzowanie Zamawiającego czy chodzi o troponinę T, czy troponinę I wysokiej czułości?  
**Odpowiedź: troponina I wysokiej czułości.**
- 15) Zwróciliśmy się do dostawcy oprogramowania Marcel S.A. z prośbą o wycenę integracji oraz podanie czasu koniecznego do wykonania integracji. Firma Marcel określiła czas wykonania integracji do 60 dni. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę przy integracjach z firmą Marcel, zdarzało się, iż integracja była wykonana poniżej 60 dni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania integracji do 60 dni od podpisania umowy.  
**Odpowiedź: integracja systemu HIS z systemem LIS oraz systemami współpracującymi (podwykonawcy) jest kluczowa dla sprawnej realizacji procesu obsługi pacjentów w zakresie badań laboratoryjnych. Zwiększa efektywność i bezpieczeństwo procesu diagnostycznego, ale także znacząco poprawia komfort pacjentów i personelu medycznego. Zatrzymanie procesów integracyjnych w naszym środowisku mogłoby spowodować liczne negatywne skutki zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego i administracyjnego oraz niekorzystnie wpłynąć na prawidłową realizację kontraktu z NFZ. W przekonaniu SPZZLO wskazane przez niego w materiałach konkursowych terminy są jak najbardziej realne i możliwe do dotrzymania przez**

**szeroki krąg wykonawców. W związku z powyższym zapisy w zakresie terminu wykonania integracji pozostają bez zmian.**