



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Lecznictwa Otwartego**
Warszawa Żoliborz-Bielany



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

LZ.2300.41P.2025.MC

Warszawa, 05.08.2025 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w postępowaniu na **dostawę rękawic** - nr spr.: 41P/LZ/2025

W związku z otrzymaniem zapytań w powyższym postępowaniu udzielamy następującej odpowiedzi:

Zapytanie Nr 1

Pyt. 1 - Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek z lepszym poziomem AQL 1,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 rękawiczki z poziomem AQL 1,0. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 2 - Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek z lepszym poziomem AQL 065

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 3 rękawiczki z poziomem AQL 0,65. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 3 - Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawiczek z lepszym poziomem AQL 065

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 4 rękawiczki z poziomem AQL 0,65. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA ŻOLIBORZ-BIELANY
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

Do:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania