



LZ.2300.15P.2026.DJ

Warszawa dnia 31.03.2026 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w postępowaniu na „Dzierżawa analizatora moczu wraz z dostawą pasków i akcesoriów” - nr spr.: 15P/LZ/2026

W związku z otrzymaniem zapytań w powyższym postępowaniu udzielamy następującej odpowiedzi:

Zapytanie Nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności 400 oznaczeń/godzinę? Przy deklarowanej liczbie badań wynoszącej ok. 94 oznaczenia dziennie urządzenie w pełni zabezpiecza potrzeby diagnostyczne. Wymagana liczba oznaczeń może zostać wykonana w czasie krótszym niż 1 godzina pracy analizatora, co wskazuje, że określony poziom wydajności nie ma wpływu na efektywność realizacji badań w praktyce.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści analizator posiadający pamięć wewnętrzną na 500 wyników pacjentów? Urządzenie jest przystosowane do współpracy z systemem informatycznym LSI – Marcel, w którym wyniki są na bieżąco archiwizowane. Zapewnia to bezpieczne i długoterminowe przechowywanie danych, a także łatwy dostęp do historii badań, w związku z czym pojemność pamięci wewnętrznej analizatora nie wpływa na funkcjonalność ani ciągłość pracy laboratorium.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści analizator bez funkcji automatycznego wykrywania zabarwienia próbki? Urządzenie umożliwi manualny wybór zabarwienia próbki przez operatora, co zapewni prawidłową ocenę i interpretację wyników. Jednocześnie Zamawiający przewidział wymóg dotyczący ręcznego wyboru tego parametru, co oznacza, że funkcjonalność ta jest zachowana, a brak automatycznego wykrywania nie wpływa na poprawność ani jakość wykonywanych oznaczeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści przyznanie częściowej punktacji w przypadku, gdy analizator spełnia wymóg czułości tylko dla jednego z parametrów (białko lub glukoza)? Urządzenie zapewnia czułość dla jednego z wymaganych parametrów, natomiast drugi parametr nie osiąga określonego progu. Przyznanie częściowej punktacji (5 pkt) pozwoli uwzględnić częściowe spełnienie wymogu, co odzwierciedla rzeczywistą funkcjonalność analizatora i umożliwi sprawiedliwą ocenę oferty w kontekście kryteriów punktowanych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA ŻOLIBORZ-BIELANY
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/

Do:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania