

LZ.261.13.2020.RK

Warszawa, 08.12.2020 r.

Dotyczy: odpowiedź na zapytania nr 3 w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów jednorazowego użytku - nr spr. 13/D/2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.) udzielamy odpowiedzi na pytania.

Zapytanie nr 3

1. Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Igły iniekcyjnej j.u. ze stali nierdzewnej, nasadka i osłona igły – polipropylenowa 0,45 x 22. 1 op. = 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Pozycja 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek w op. a'80 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 32 op. a'80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pozycja 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny o pojemności 1ml, z dołączoną igłą (nakładaną) w rozmiarze 0,5x16. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pozycja 57

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zatyczki do cewników w kolorze zielonym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Pozycja 68

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 000 o długości 40mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Pozycja 69

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 0 o długości 60mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Pozycja 70

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 1 o długości 70mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pozycja 71

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 2 o długości 80mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Pozycja 72

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 3 o długości 90mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Pozycja 74

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki ustno - gardłowa Guedela 5 o długości 110mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pozycja 99

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny za op. a'500 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 op. a'500 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Pozycja 114-118

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Rurki krtaniowej LTSD dwuświatłowej, zgodne z poniższym opisem. Chcemy nadmienić, że producent wycofał się z produkcji Rurek jednoświatłowych.

Opis:

Jednorazowa rurka krtaniowa LTSD (dwukanałowa) wykonana z PVC:

- z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18FR)
- rurka wentylacyjna zakończona łącznikiem standardowym 15mm
- znacznik poziomy zębów na rurce
- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy
- jeden przewód do pompowania obu mankietów
- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami
- sterylna, bez lateksu
- rozmiary kodowane kolorami
- zestaw zawiera: strzykawkę, rurkę LTSD

Antyzgryzak oraz elastyczna tasiemka mocująca 2 rozmiary mniejsza do rurek od 2 – 2,5 oraz większy do rurek 3, 4, 5

Antyzgryzak z tasiemką pakowany oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Pozycja 168

Czy Zamawiający dopuści lusterko o średnicy 19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W pkt XV.1 zmienia się termin składania ofert na: **do 11.12.2020 r. do godz. 10:00**

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LOGISTYKI
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ

(-) Jacek Derek