



LZ.261.12P.2021.MŁ

Warszawa, dn. 09.03.2021 r.

Dot.: odpowiedzi na zapytanie nr 1 w postępowaniu na **dostawę specjalistycznych lodówek na szczepionki** - nr spr.: 12P/LZ/2021

W związku z otrzymaniem zapytań w postępowaniu na dostawę specjalistycznych lodówek na szczepionki niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

### Zapytanie Nr 1

#### Załącznik nr 3 a

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 175l brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 87 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z pionowym oświetleniem LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Załącznik nr 3 b

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności netto 381l brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 1840 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert wskazany w pkt 5 zaproszenia do składania ofert na dzień 11.03.2021 r. godz. 9.00.

Z-CA DYREKTORA  
DS. LOGISTYKI  
SPZZLO Warszawa-Żoliborz

(-) *Jacek Derek*

